

Warszawa, dnia 10 listopada 2020

DA-2203/01/P/MIIZ/2020

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie niniejszego
zamówienia**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w czterech częściach**, nr 2203-01/P/MIIZ/2020, w dniu 2 listopada br. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik 12, Część III, pkt. 2 i 3 Komputer i Oprogramowanie.

Producent oferowanego urządzenia w swojej polityce sprzedaży stosuje zasadę, że każde sprzedawane urządzenie posiada swoją, odrębną licencję, która może być używana tylko do obsługi tej jednostki. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza brak licencji off-line z pełnym pakietem oprogramowania on-line?

Odpowiedź Zamawiającego TAK: Zamawiający dopuszcza brak licencji off-line z pełnym pakietem oprogramowania on-line.

Pytanie 2: Dotyczy: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rozdz. IX; pkt 1

Oferowane urządzenia są urządzeniami znacząco zaawansowanymi technicznie, opis ich działania nie zawsze posiada właściwie sformułowane tłumaczenia na język polski i zaakceptowane w środowisku naukowym. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów producenta, w tym: ulotek, katalogów i dokumentacji technicznej przygotowanych w języku angielskim?

Odpowiedź: TAK: Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów producenta, w tym: ulotek, katalogów i dokumentacji technicznej przygotowanych w języku angielskim.

Pytanie 3: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 2 Termin realizacji.

W jakim terminie Zamawiający przewiduje instalację urządzenia EDS wraz z oprogramowaniem na mikroskopie elektronowym S3400n? Z uwagi na całość planowanej przez Zamawiającego inwestycji, wydaje się być zasadnym przeprowadzenie instalacji urządzenia EDS wraz z oprogramowaniem na Skaningowym Mikroskopie Elektronowym po dokonaniu dostawy i instalacji sprzętu i oprogramowania skaningowego mikroskopu

elektronowego firmy Hitachi S3400n zgodnie z Częścią I Załącznika 12. Proponujemy następujące rozwiązanie: Zamawiający przekaze pisemnie (mailowo na adres Wykonawcy) informację o zakończeniu wykonania zadania z Części I Załącznika 12, na mikroskopie S3400n. W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji, Wykonawca skontaktuje się z Reprezentantem Zamawiającego, w celu ustalenia daty dokończenia instalacji mikroanalizatora rentgenowskiego EDS. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź TAK: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia aparatury pod wskazany przez Zamawiającego adres zgodnie z zapisami SIWZ pkt. VI: Termin wykonania zamówienia, Część II-IV maksymalnie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, a następnie zainstalowanie mikroanalizatora rentgenowskiego EDS po instalacji sprzętu i oprogramowania przystosowanego do współpracy ze skaningowym mikroskopem elektronicznym firmy Hitachi S3400N.

Pytanie 4: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 2 Termin realizacji, Pkt. 2.

Zamawiający wpisał, że miejscem wykonania przedmiotu Umowy będzie budynek przy ul. Wilczej 64 w Warszawie. Czy dla Zamawiającego miejsce wykonania przedmiotu umowy jest jednoznaczne z miejscem dostarczenia zamówionych urządzeń? Jeśli nie, jaki jest właściwy adres dostawy urządzeń?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający jako miejsce dostawy wskazuje: Stacja badawcza Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wiśniowa 22, Palmiry, 05-152 Czosnow

Pytanie 5: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 3 Cena

Jeśli Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu 3, czy dopuści rozbić płatności za dostawę mikroanalizatora rentgenowskiego EDS i instalację na dwie równe raty? Pierwsza część płatna w terminie 21 dni na podstawie wystawionej faktury po dostawie urządzenia na wskazany przez Zamawiającego adres. Druga część zamówienia płatna po dokonaniu instalacji, podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawieniu faktury dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jednak pod warunkiem iż pierwsza rata płatna w terminie 21 dni na podstawie wystawionej faktury po dostawie urządzenia w wysokości 40% ceny urządzenia. Druga rata płatna terminie 21 dni po dokonaniu instalacji, podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawieniu faktury dla Zamawiającego w wysokości 60% ceny urządzenia.

Pytanie 6: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 5 Licencje

Wraz z urządzeniami oferowanymi dostarczane jest do Zamawiającego oprogramowanie do obsługi urządzeń, licencje na oprogramowanie są dopisane do klucza i ich kopiowanie, rozpowszechnianie w tym wypadku jest bezzasadne. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości tą informację oraz wyrazi zgodę na dodanie odpowiedniego zapisu w umowie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przyjmuje powyższą informację do wiadomości i dodaje we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) poniższe postanowienie (po §5 ust. 9 wzoru umowy):

„10. Zamawiający dopuszcza (z zastrzeżeniem, o którym mowa w następnym zdaniu) ograniczenia wynikające z faktu ewentualnego przypisania licencji na oprogramowanie do klucza licencyjnego, a więc że licencja może być używana tylko do obsługi danego sprzętu (tzw. oprogramowanie OEM)¹. Zastrzeżenie powyższe w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do ograniczenia minimalnych wymogów licencyjnych, o których mowa w Umowie.”

Pytanie 7: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 7 Gwarancja, Pkt. 13.

Wykonawca oświadcza, że zmiany konfiguracji urządzenia w okresie trwania gwarancji, poprzez udostępnione Zamawiającemu klucze dostępowe i strony producenta odbywa się na własne ryzyko Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający na skutek wprowadzania niewłaściwych parametrów urządzenia, spowoduje uszkodzenia urządzenia, Producent może nie uznać roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości tą informację oraz wyrazi zgodę na dodanie odpowiedniego zapisu w umowie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przyjmuje powyższą informację do wiadomości i dodaje we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) poniższe postanowienie (w §7 ust. 13 wzoru umowy):

„przy czym zmiany konfiguracji urządzenia w okresie trwania gwarancji, poprzez udostępnione Zamawiającemu klucze dostępowe i strony producenta odbędą się na własne ryzyko Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający na skutek wprowadzania niewłaściwych parametrów urządzenia, spowoduje uszkodzenia urządzenia, Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że producent danego urządzenia może nie uznać roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego.”

Pytanie 8: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 8 Czynności serwisowe, Pkt. 3

Czy Zamawiający zgadza się na pierwszy kontakt serwisowy Inżynierów Serwisu z Użytkownikiem i wstępnej diagnostyki w czasie 72 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od czasu zgłoszenia awarii.

Odpowiedź NIE: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Pierwszy kontakt serwisowy podczas którego zostaną ustalone wstępne szczegóły diagnostyki i naprawy musi nastąpić w czasie do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po dacie zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii urządzenia.

Pytanie 9: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 8 Czynności serwisowe, Pkt. 4

Jeśli występuje konieczność naprawy gwarancyjnej, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii urządzenia, potwierdzonej przez Inżynierów Serwisu podczas pierwszego kontaktu zdalnego oraz spowodowania części zamiennych z zagranicy, czy

¹ w przypadku części II-IV

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wymiany lub naprawy wadliwego elementu do 40 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wymiany, jednak zgodnie z zapisami umowy musi on być uzgodniony z Zamawiającym: „W przypadku braku możliwości realizacji umowy w terminie, termin ten może zostać przedłużony po akceptacji przez Zamawiającego”

Pytanie 10: Dotyczy: Załącznik nr 2 Wzór umowy § 8 Czynności serwisowe, Pkt. 5.

Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z zapisu w § 8 Umowy pkt 5 elementów szybko zużywalnych np. typu: uszczelki?

Odpowiedź NIE: Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia tego zapisu. Gwarancja dla danej części lub urządzenia musi rozpoczynać swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej zgodnie z przewidzianym terminem gwarancji na dany element lub całe urządzenie przewidzianym przez producenta.

p.o. Dyrektora

T. Kaźoj ski

Dr hab. Tomasz Mązgajski